

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业 人员 信息	姓名	谷元强 陈东 施伟 刘光峰
	职称	高级 工程师 高级工程师
	工作单位	涡阳县人民医院 公肿院 滁州市中医院 滁州市中医院
项目 信息	项目名称：涡阳县人民医院电子鼻咽喉内窥镜采购项目	
供应商名称：		
专业 人员 论证 意见	<p>1. 门诊科室所用的电子鼻咽喉内窥镜主机为奥林巴斯品牌，型号 CV-170，为节省开支，采购的电子鼻咽喉内窥镜需能匹配原主机系统，申请购置原品牌电子鼻咽喉内窥镜用于满足临床需要。</p> <p>2. 市场其他品牌内窥镜不能匹配在用奥林巴斯 CV-170 主机系统，不能兼容现有的图文工作站系统。建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业 人员 签字	谷元强 陈东 施伟 刘光峰	日期： 2024.7.29

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。